

Tabella di conversione tonometrica

PACHIMETRIA CORNEALE

TONO EFFETTIVO IN mmHg

450 micron	tono misurato + 4,10
475 micron	tono misurato + 3,19
500 micron	tono misurato + 2,13
525 micron	tono misurato + 1,07
550 micron	tono misurato 0
575 micron	tono misurato - 1,04
600 micron	tono misurato - 2,10
625 micron	tono misurato - 3,16
650 micron	tono misurato - 4,21